

Enterokokken-Selektiv-Agar nach Slanetz und Bartley

Version: 10/2017
M&S Artikelnummern: 5240 (25 x 20 ml) und 5241 (4 x 250 ml)
Form: Glasröhrchen und Polycarbonatflaschen
Farbe: Rötlich
Lagerung: Dunkel und trocken, bei 4 – 8 °C
Haltbarkeit: 8 Monate

Zweckbestimmung und Anwendungsbereich

Der Enterokokken-Selektiv-Agar wird für den Nachweis und die Bestimmung der Koloniezahl von intestinalen Enterokokken in Trinkwasser (TrinkwV 2001) und Lebensmitteln eingesetzt. Die Zusammensetzung des Mediums nach Slanetz und Bartley entspricht der DIN EN ISO 7899-2:2000 und § 64 LFGB. Das Vorhandensein von Azid hemmt weitestgehend die Begleitflora und bewirkt eine hohe Selektivität des Mediums für Enterokokken. TTC wird von den Bakterien zu rotem Formazan umgebaut und vereinfacht die Auswertung der kleinen Kolonien. Die Herstellung und Qualitätsprüfung erfolgt in Konformität mit den Anforderungen der DIN EN ISO 11133:2015.

Typische Zusammensetzung

Casein, enzymatisch verdaut	20,0 g/l
Hefeextrakt	5,0 g/l
Dikaliumhydrogenphosphat	4,0 g/l
Glukose	2,0 g/l
Natriumazid	0,4 g/l
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC)	0,1 g/l
Bakteriologischer Agar	10,0 g/l

pH 7,2 ± 0,2

Mikrobiologische Qualitätskontrolle

Mikrobielle Kontamination

Inkubationsbedingung: 3 Tage bei Raumtemperatur ; Spezifikation: kein Wachstum

Produktivität Quantitativ

Inkubationsbedingung: 44 ± 4 h bei 36 ± 2 °C; Beimpfungskonzentration: 80 – 120 KBE

Organismus	Teststamm	Spezifikation	Erscheinungsbild
<i>Enterococcus faecalis</i>	WDCM 00009	$P_R \geq 0,5$	Rötliche Kolonien
<i>Enterococcus faecium</i>	WDCM 00177	$P_R \geq 0,5$	Kleine rötliche Kolonien

Selektivität Qualitativ

Inkubationsbedingung: 44 ± 4 h bei 36 ± 2 °C; Beimpfungskonzentration: 10.000 - 1.000.000 KBE

Organismus	Teststamm	Spezifikation
<i>Escherichia coli</i>	WDCM 00012	Vollständige Hemmung
<i>Staphylococcus aureus</i>	WDCM 00034	Vollständige Hemmung



Reinkultur von *Enterococcus faecalis* nach 30 Stunden bei 37 °C